



团 体 标 准

T/YNIA 009—2022

隔离衣用非织造布

Nonwoven fabrics for isolation gowns

2022-09-29 发布

2022-10-29 实施

上海长三角非织造材料工业协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海长三角非织造材料工业协会提出。

本文件由上海长三角非织造材料工业协会标准化委员会归口。

本文件起草单位：广东一洲新材料科技有限公司、佛山金万达科技股份有限公司、恒天嘉华非织造有限公司、浙江冠诚科技有限公司、广东标典无纺布科技有限公司、山东华业无纺布有限公司、弓立(厦门)医疗用品有限公司、浙江广鸿新材料有限公司、奥美医疗用品股份有限公司、杭州宜康无纺新材料有限公司、山东恒鹏卫生用品有限公司。

本文件主要起草人：程桂南、林裕卫、曹仁广、朱兵、廖翱清、李波、黄雪仪、吴维平、邓冬林、陈校峰、吴锦鸿、郑江、林得飞、王静、汪正、刘玲。

隔离衣用非织造布

1 范围

本文件规定了隔离衣用非织造布的产品分级、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于医护及探视人员穿用的一次性隔离衣用非织造布。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法

GB/T 12703.4 纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率

GB/T 12704.1—2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法

GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 19082—2009 医用一次性防护服技术要求

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 24218.16 纺织品非织造布试验方法 第16部分:抗渗水性测定(静水压法)

GB/T 24218.17 纺织品非织造布试验方法 第17部分:抗渗水性测定(喷淋冲击法)

YY/T 0689—2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性测试 Phi-X174噬菌体试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品分级

隔离衣用非织造布按其内在质量要求分为1级、2级、3级、4级,其防护性能逐级提高。

注:1级——一般用于探视、清洁等用途的隔离衣。

2级——一般用于常规性护理、检查的隔离衣。

3级——一般用于患者有一定出血量、液体分泌物的场合穿用的隔离衣。

4级——一般用于长时间或者大量面对病人血液、体液或清洁医疗垃圾穿戴的隔离衣。